

FE DE ERRATAS

El día 17 de octubre de 2022 se han publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público los Pliego de Cláusulas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir en el concurso sujeto a procedimiento abierto simplificado sumario del expediente 2022-003-037 correspondiente a la contratación del suministro e instalación de un esterilizador a baja temperatura por peróxido de hidrogeno con fase de gas plasma, para el bloque quirúrgico del hospital Mutua Montañesa de Santander.

Por contener dichos documentos algún error, se procede a su corrección según el siguiente detalle:

En relación con el Pliego de Prescripciones técnicas:

En su Apartado 3-Especificaciones técnicas. Características técnicas,

Donde se lee:

"Monitorización directa de la concentración de agente esterilizante en cámara por sistemas adicionales al control de presión"

Debe eliminarse dicho punto

~~"Monitorización directa de la concentración de agente esterilizante en cámara por sistemas adicionales al control de presión"~~

Donde se lee:

"Disponibilidad de control biológico de lectura rápida validado para el equipo, 15 minutos"

Debe leerse:

"Disponibilidad de control biológico."

Donde se lee:

"Certificado CE y FDA."

Debe leerse:

"Certificado CE."

Donde se lee:

"Aplicación web para registrar los procesos de esterilización e integración en tiempo real del resultado del indicador biológico asociado a cada proceso de esterilización, posibilidad de integración de esta información en otros sistemas informáticos del hospital."

Debe leerse:

"Aplicación web para registrar los procesos de esterilización con posibilidad de integración con los sistemas informáticos del hospital."

En Santander, a 20 de octubre de 2022

Órgano de Contratación de Mutua Montañesa