

FE DE ERRATAS 2023-003-020

El día 11 de agosto de 2023 se llevó a cabo la publicación en la Plataforma de Licitación Electrónica del expediente **2023-003-020** correspondiente a la contratación del **Suministro, instalación y formación de un mini arco en forma de c radioquirúrgico, para el bloque quirúrgico del Hospital Mutua Montañesa de Santander, para Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N°7.**

En el Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAP):

Donde dice:

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

Tramitación: **Ordinaria.**

Procedimiento: **Abierto simplificado ordinario (Art. 159 LCSP).**

Plazo de presentación: Hasta las 12:00h horas del día 28 de agosto de 2023.

Forma de presentación de ofertas: Electrónicamente a través del Portal de Licitación Electrónica de MUTUA MONTAÑESA (PLEMM) <https://licitaciones.mtuamontanesa.es/portal>

Apertura de las proposiciones económicas y objetivas (SOBRE UNICO): a las 09:00 horas del día 29 de agosto de 2023, en las dependencias de Mutua Montañesa sitas en la calle Ataúlfo Argenta 19 -39004 Santander-.

Los licitadores interesados en asistir a dicha apertura, deberán contactar con al menos 24 horas de antelación al buzón licitaciones@mutuamontanesa.es manifestando su interés, con el fin de acreditarles y facilitarles código de acceso a la sesión de apertura.

APERTURA SOBRE UNICO. 2023-003-020
29 ago 2023, 9:00–10:00 (Europe/Amsterdam)

Puede unirse a mi reunión desde su equipo, tablet o smartphone.
<https://meet.goto.com/599802141>

También puede acceder desde su teléfono.
Spain: [+34 932 75 1230](tel:+34932751230)

Debe decir:

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

Tramitación: **Ordinaria.**

Procedimiento: **Abierto simplificado ordinario (Art. 159 LCSP).**

Plazo de presentación: Hasta las 09:00h horas del día 31 de agosto de 2023.

Forma de presentación de ofertas: Electrónicamente a través del Portal de Licitación Electrónica de MUTUA MONTAÑESA (PLEMM) <https://licitaciones.mtuamontanesa.es/portal>

Apertura de las proposiciones económicas y objetivas (SOBRE UNICO): a las 10:00 horas del día 31 de agosto de 2023, en las dependencias de Mutua Montañesa sitas en la calle Ataúlfo Argenta 19 -39004 Santander-.

Los licitadores interesados en asistir a dicha apertura, deberán contactar con al menos 24 horas de antelación al buzón licitaciones@mutuamontanesa.es manifestando su interés, con el fin de acreditarles y facilitarles código de acceso a la sesión de apertura.

APERTURA SOBRE UNICO. 2023-003-020
31 ago 2023, 10:00–11:00 (Europe/Amsterdam)

Puede unirse a mi reunión desde su equipo, tablet o smartphone.
<https://meet.goto.com/599802141>

También puede acceder desde su teléfono.
Spain: [+34 932 75 1230](tel:+34932751230)

En el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), página 3:

Donde dice:

Sistema de arco en C

- Rotación orbital de al menos 120°
- Capacidad de profundidad del arco mínimo 46 cm
- Transporte: manual con ruedas en la base y sistema de frenos correspondientes.
- Dispondrá de gestión de parámetros de adquisición en el cabezal del tubo.
- Espacio libre en C mayor o igual a 34 cm.
- Rotación lateral mínima de 380°
- Desplazamiento vertical de al menos 30 cm.
- **Movimiento de barrido lateral (Panning) de 320°**
- Dispondrá de frenos para el bloqueo de los movimientos del arco y frenos para el bloqueo de ruedas.

Estación de visualización y procesado Hardware

- Doble monitor plano de grado LCD médico de al menos 19" cada uno, al menos un monitor será táctil; o un solo monitor táctil de 24"
- Configuración automática y manual de los valores de ganancia y brillo.
- Resolución mínima de 1280 x 1024.
- Con capacidad de movimiento para mejorar su visualización desde cualquier punto.
- Rotación de al menos +-180°
- Ángulo de visión de al menos 17° o superior
- Estación de control con procesador, memoria RAM y tarjeta gráfica para la visualización y procesado de las imágenes.
- Capacidad de almacenamiento interno de 10.000 imágenes mínimo.
- **Unidad de CD/DVD para el almacenamiento digital de imágenes e intercambio de datos fuera de línea en formato DICOM.**
- Puertos USB.

Debe decir:

Sistema de arco en C

- Rotación orbital de al menos 120°
- Capacidad de profundidad del arco mínimo 46 cm
- Transporte: manual con ruedas en la base y sistema de frenos correspondientes.
- Dispondrá de gestión de parámetros de adquisición en el cabezal del tubo.
- Espacio libre en C mayor o igual a 34 cm.
- Rotación lateral mínima de 380°
- Desplazamiento vertical de al menos 30 cm.
- **Movimiento de barrido lateral (Panning) de 180°**
- Dispondrá de frenos para el bloqueo de los movimientos del arco y frenos para el bloqueo de ruedas.

Estación de visualización y procesado Hardware

- Doble monitor plano de grado LCD médico de al menos 19" cada uno, al menos un monitor será táctil; o un solo monitor táctil de 24"
- Configuración automática y manual de los valores de ganancia y brillo.
- Resolución mínima de 1280 x 1024.
- Con capacidad de movimiento para mejorar su visualización desde cualquier punto.
- Rotación de al menos +-180°
- Ángulo de visión de al menos 17° o superior
- Estación de control con procesador, memoria RAM y tarjeta gráfica para la visualización y procesado de las imágenes.
- Capacidad de almacenamiento interno de 10.000 imágenes mínimo.
- **Unidad de CD/DVD para el almacenamiento digital de imágenes e intercambio de datos fuera de línea en formato DICOM y/o puertos USB.**
- Puertos USB.

Santander, a 23 de agosto de 2023

Órgano de Contratación
