

ANEXO OFERTA ECONÓMICA

D./D^a <<INDICAR>>, con DNI número <<INDICAR>> en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa a que representa) <<INDICAR>>, con CIF/NIF <<INDICAR>> con domicilio en <<INDICAR>> calle <<INDICAR>> número <<INDICAR>> consultado el anuncio de licitación del contrato "<<INDICAR>>,""", publicado en el perfil de contratante de *Mutua Montañesa* el día <<INDICAR>> de <<INDICAR>> de 2021 <<INDICAR>> y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones:

LOTES		PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TIPO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA
Lote 1. Implante total de rodilla primaria cementada, conservando el lig. cruzado posterior				
1.1	Componente femoral cementado.			
1.2	Bandeja tibial cementada.			
1.3	Inserto de polietileno ultra alto peso molecular.			
1.4	Rótula de polietileno ultra alto peso molecular.			
	Total Lote 1			
Lote 2. Implante total de rodilla primaria no cementada, conservando el lig. cruzado posterior				
2.1	Componente femoral no cementado.			
2.2	Bandeja tibial no cementada.			
2.3	Inserto de polietileno ultra alto peso molecular.			
2.4	Rótula de polietileno ultra alto peso molecular.			
	Total Lote 2			
Lote 3. Implante total de rodilla primaria cementada estabilizada posterior.				
3.1	Fémur cementado estabilizado posterior.			
3.2	Bandeja tibial cementada.			
3.3	Inserto de polietileno ultra alto peso molecular.			
3.4	Rótula de polietileno ultra alto peso molecular.			
	Total Lote 3			
Lote 4. Implante total de rodilla primaria no cementada estabilizada posterior				
4.1.	Fémur no cementado estabilizado posterior.			
4.2.	Bandeja tibial no cementada.			
4.3.	Inserto de polietileno ultra alto peso molecular.			
4.4.	Rótula de polietileno ultra alto peso molecular.			
	TOTAL LOTE 4			
Lote 5. Implante de fijación cementada para artroplastia de cadera parcial.				



**Mutua
Montañesa**

Mmuy fácil

5.1	Vástago cementado de tallo recto autobloqueante, diferentes tamaños correlativos, juego completo.			
5.2	Cabeza bipolar modular, con inserto de polietileno de ultra-alto peso molecular, con \varnothing exterior desde 40-58mm., con cabezas femorales metálicas, juego completo. En caso de no estar incluidas las cabezas, se incluirán.			
	Total Lote 5			
Lote 6. Implante de fijación cementada para artroplastia de cadera total				
6.1	Vástago para fijación cementada, con tallo recto autobloqueante, con o sin collarete. Al menos 6 tallas de medidas correlativas, juego completo.			
6.2	Cabeza protésica metálica, con \varnothing 28-32 mm y al menos, 3 longitudes de cuello.			
6.3	Cabeza protésica de cerámica, con \varnothing 28-32mm, y al menos 3 longitudes de cuello.			
6.4	Cotilo para cementación, en polietileno de alto peso molecular, tipo M.E. Müller, para cabezas \varnothing 28-32mm. y al menos 6 tamaños de \varnothing			
	Total Lote 6			
Lote 7. Implante de fijación no cementada para artroplastia total de cadera primaria.				
7.1	Vástago de tallo recto autobloqueante, de titanio y con recubrimiento de hidroxiapatita. Al menos 6 tamaños correlativos.			
7.2	Cotilo modular hemisférico de titanio, con tamaños desde 48 a 62 mm de \varnothing , recubrimiento poroso ó hidroxiapatita. Inserto de polietileno con ultra alto peso molecular, para cabezas de 28-40 mm. de \varnothing			
7.3	Cabeza femoral de diámetros 28-36 mm, metálicas (cromo-cobalto). Al menos 3 longitudes de cuello.			
7.4	Cabeza femoral de \varnothing 28-40 mm, cerámica. Al menos 3 longitudes de cuello.			
	Total Lote 7			
Lote 8. Implante de fijación no cementada para artroplastia total de cadera primaria.				
8.1	Vástago de tallo recto autobloqueante, de titanio, sin recubrimiento de hidroxiapatita, con o sin apoyo en el calcar, con recubrimiento poroso. Al menos 6 tamaños correlativos.			
8.2	Cotilo modular hemisférico de titanio, con tamaños de \varnothing 48 a 62 mm., con recubrimiento poroso ó hidroxiapatita. Con orificios para tornillos. Inserto de polietileno con ultra alto peso molecular, para cabezas de 28-40 mm.			
8.3	Cabeza femoral \varnothing 28-36 mm, metálicas (cromo-cobalto). Al menos 3 longitudes de cuello.			
8.4	Cabeza femoral \varnothing 28-40 mm, cerámica. Al menos 3 longitudes de cuello.			
	Total Lote 8			
Lote 9. Implante de fijación no cementada para artroplastia total de cadera primaria.				



**Mutua
Montañesa**

Mmuy fácil

9.1	Vástago cuneiforme metafisario y diafisario, con o sin apoyar en el calcar, de titanio con recubrimiento de hidroxiapatita. Al menos 6 tamaños correlativos.			
9.2	Cotilo modular hemisférico de titanio, con tamaños de \varnothing 48 a 62 mm., con recubrimiento poroso ó hidroxiapatita. Con y sin orificios para tornillos. Inserto de polietileno con ultra alto peso molecular, para cabezas de 28-40 mm.			
9.3	Cabeza femoral \varnothing 28-36 mm, metálicas (cromo-cobalto). Al menos 3 longitudes de cuello			
9.4	Cabeza femoral de diámetros 28-40 mm, de cerámica. Al menos 3 longitudes de cuello.			
	Total Lote 9			
Lote 10. Implante de fijación no cementada para artroplastia total de cadera primaria.				
10.1	Vástago de titanio con cuello modular de diferentes longitudes y offset, preferiblemente con recubrimiento o no de hidroxiapatita que permita varias posiciones de colocación. Al menos 6 tamaños correlativos.			
10.2	Cotilo modular hemisférico de titanio, con tamaños \varnothing 48 a 62 mm, con recubrimiento poroso ó hidroxiapatita. Con y sin orificios para tornillos. Inserto de polietileno con ultra alto peso molecular, para cabezas de 28-40 mm.			
10.3	Cabeza femoral \varnothing 28-36 mm, metálicas (cromo- cobalto). Al menos 3 longitudes de cuello.			
10.4	Cabeza femoral \varnothing 28-36 mm, cerámica. Al menos 3 longitudes de cuello.			
	Total Lote 10			